



AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici interessati alla fornitura in comodato d'uso gratuito della seguente apparecchiatura completa dei relativi consumabili dedicati:

- N. 1 iniettore automatico a doppia siringa per somministrazione di mezzo di contrasto e soluzione fisiologica, modello Stellant CWS.

2. IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA

L'importo presunto della fornitura in comodato d'uso dell'apparecchiatura e dei relativi consumabili dedicati ammonta complessivamente ad €. 18.000,00 oltre iva all'anno. La base d'asta è stata calcolata tenendo conto della fornitura del materiale di consumo occorrente per n. 1.500 procedure annue.

3. OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO

L'operatore economico individuato è Bayer s.p.a., produttore e rivenditore dell'apparecchiatura e del materiale di consumo dedicato sopra specificato.

4. MOTIVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO

Questo Istituto intende effettuare apposita indagine di mercato al fine di conoscere se altri operatori economici possano fornire un iniettore automatico a doppia siringa per somministrazione di mezzo di contrasto e soluzione fisiologica che possegga le seguenti caratteristiche specifiche tecniche, richieste per il soddisfacimento delle esigenze della U.O.C. Radiologia:

- Possibilità di effettuare iniezione simultanea di mezzo di contrasto e soluzione fisiologica secondo percentuali stabilite dall'operatore per studi cardiaci nel protocollo trifasico;
- Possibilità di interfacciamento con il sistema RIS-PACS con correlata funzione di esportazione e stampa dei dati relativi all'iniezione o al protocollo di iniezione effettivamente eseguito;
- Dotato di software per l'ottimizzazione dei volumi e dei profili di somministrazione

del mdc e della fisiologica, dei protocolli cardiaci, e di angiografia polmonare e addominale;

- Possibilità di interfacciamento con software informatico per la misurazione della dose radiante reale assorbita organo per organo;
- Possibilità di connessione sistema Virtual Care per gestione diagnosi guasti e connessione da remoto.

Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a manifestare interesse a partecipare ad un procedura di gara per la fornitura in comodato d'uso di un iniettore automatico a doppia siringa per somministrazione di mezzo di contrasto e soluzione fisiologica, completo di materiale di consumo dedicato, **entro le ore 10:00 del giorno 07 gennaio 2021 (termine perentorio di scadenza)**, presentando idonea documentazione tecnica utile alla valutazione delle caratteristiche dell'apparecchiature e dei consumabili dedicati offerti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it.

Nel caso in cui a seguito della presente indagine conoscitiva venisse confermato che la Ditta sopra indicata è l'unica a poter effettuare la fornitura sopra descritta, questo Istituto procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) e punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (*la concorrenza è assente per motivi tecnici e/o tutela dei diritti esclusivi*).

La presente indagine di mercato è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni di mercato rispetto al possibile approvvigionamento di quanto sopra indicato, e non vincola in alcun modo l'Istituto a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituto nella apposita sezione *BANDI DI GARA* in data 21/12/2020.

Il Responsabile dell'Ufficio Provveditorato

Dott. Angelo Maccarone



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Maria Felicita Crupi

