



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA

PRECISAZIONI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI

fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di n. 1 Risonanza Magnetica 7 TESLA da installare presso il PAD. 11 del P.O. Piemonte dell'IRCCS

CODICE CIG: 836072722F

Con riferimento alle osservazioni, alle criticità e alle richieste trasmesse dalla Siemens Healthcare s.r.l. con comunicazione datata 31/07/2020 inoltrata tramite PEC, si rileva preliminarmente quanto segue.

Punto 1

Per ciò che concerne i dubbi rilevati in merito al porre come progetto di gara un progetto di fattibilità tecnica, si evidenzia che ciò risulta obbligato dalla oggettiva necessità delineata da una non esatta conoscenza delle modalità di configurazione di un sito per una RMN 7 TESLA, di tutti gli impianti ed opere ad essa correlati e delle relative schermature, non avendo concrete esperienze dirette o indirette, anche in considerazione del numero di apparecchiature installate nel mondo.

Si rileva difatti che a seguito della successiva ed eventuale aggiudicazione della procedura di gara lo scrivente Istituto dovrà formulare istanza di autorizzazione al competente Ministero per l'installazione della RMN, atteso che in atto non sussistono normative e/o regolamenti che dettano linee guida in merito all'installazione di apparecchiature RM con campo statico superiore a 4 tesla.

In coerenza con l'art. 21 bis della legge n. 160/2016, è prevista la redazione di un apposito Regolamento, inerente modalità tecniche e l'iter procedurale per la richiesta di autorizzazione all'installazione di apparecchiature RM con campo statico superiore a 4 tesla, per la quale vi è competenza diretta del Ministero della Salute.

In merito dovranno essere altresì definiti i correlati Standard di sicurezza, anche alla luce di quelli già previsti dal DM 10.8.2018.

Alla luce di quanto sopra esposto

SI PRECISA

Quanto segue:

- a) Resta posto a base di gara il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, sulla base del quale gli operatori economici che parteciperanno alla gara dovranno presentare un Progetto definitivo.
La logica di tale definizione risulta intrapresa nel perseguitamento dell'interesse pubblico, in ottica del contenimento dei costi e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- b) Saranno a carico della Stazione Appaltante, anche a rettifica di quanto indicato nel Disciplinare di gara, il «conseguimento delle relative autorizzazioni di legge ovvero di tutto quanto risulti propedeutico all'avvio degli interventi oggetto dell'appalto».

Resta ad ogni modo inteso che sarà comunque onere della ditta aggiudicataria, senza alcun aggravio di costi per l'IRCCS, il dover apportare modifiche agli elaborati di Progetto qualora gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni dovessero richiederle.

c) Il termine per la presentazione delle offerte di gara viene differito di giorni 60 (sessanta) a far data dal precedente termine del 14/08/2020.

Da ciò il termine ultimo viene fissato per le ore 13,00 del 13/10/2020.

Punto 2

Per ciò che concerne quanto indicato al punto (i) della Vostra del 31/07/2020

SI PRECISA

che il riferimento alle colonne D, Q, e T trattasi unicamente di mero refuso erroneamente riportato al primo paragrafo del Punto 15.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara.

Pertanto, al fine di non generare alcun tipo di errore, **si intende interamente CASSATO dal medesimo Disciplinare** quanto di seguito riportato al richiamato Punto 15.1:

“Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.”

Punto 3

Per ciò che concerne quanto indicato al punto (ii) della Vostra del 31/07/2020

SI PRECISA

che il tempo complessivo massimo proposto, il quale sarà oggetto di valutazione e attribuzione del relativo punteggio, verrà quantificato sommando il tempo della progettazione esecutiva con il tempo complessivo per l’ultimazione della fornitura e posa in opera “chiavi in mano” (inclusiva di tutte le opere richieste), quest’ultimo calcolato come termine di esecuzione proposto dalla data di consegna dei Lavori.

Ad ogni modo non potrà essere attribuito punteggio per il fattore “TEMPO” (quantificato in max 5 punti) qualora l’offerta proposta non dovesse rispettare anche uno solo dei termini definiti come parametri per le seguenti voci:

TEMPO MASSIMO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

non potrà comunque essere superiore a giorni 60 (sessanta) dalla data della stipula del contratto di appalto.

TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA “CHIAVI IN MANO”

non potrà comunque essere superiore a giorni 365 (trecentosessantacinque) dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Sempre in merito

SI PRECISA

Altresì che il tempo massimo indicato nel Disciplinare di gara come termine per l’ultimazione dell’intera fornitura e posa in opera “chiavi in mano” **non costituirà requisito di esclusione dalla gara**, ma costituisce unicamente requisito di attribuzione di punteggio.

Superato il termine massimo dei giorni 365 (trecentosessantacinque) dalla data del verbale di consegna degli stessi non potranno essere attribuiti punteggi da parte della preposta Commissione.

Ad ogni modo il termine ultimo per l'ultimazione della fornitura e posa in opera non potrà comunque superare i 450 (quattrocentocinquanta) giorni 365 (trecentosessantacinque) dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Per ogni giorno di ritardo successivo a tale termine la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle relative penali, in coerenza e nelle modalità previste e quantificate dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la cui fattispecie verrà precisata nel successivo Contratto d'appalto.

Punto 4

Per ciò che concerne quanto indicato al punto (iii) della Vostra del 31/07/2020

SI PRECISA

che la fornitura a corredo del lettino a sgancio non costituisce requisito di ammissione alla gara e pertanto non risulta condizione fondamentale.

Punto 5

Per ciò che concerne quanto indicato al punto (iv) della Vostra del 31/07/2020

SI PRECISA

che risulta conforme la fornitura di dosimetri con range di misura da 10mT a 3T.

Punto 6

Per ciò che concerne quanto indicato al punto (vi) della Vostra del 31/07/2020

SI PRECISA

Che, ad integrazione di quanto indicato nel Disciplinare di gara, restano ferme, vigenti e applicabili tutte le disposizioni introdotte, nonché le modifiche apportate al Codice Appalti in materia di subappalto, dal Decreto Legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri") nonché i principi espressi in merito nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea..

Punto 7

Per ciò che concerne quanto indicato al punto (v) della Vostra del 31/07/2020, si evidenzia che già nei precedenti provvedimenti deliberativi adottati dall'IRCCS aventi come oggetto l'acquisizione di una Risonanza magnetica 7 TESLA è stato evidenziato che risultano di particolare interesse gli studi di esplorazione funzionale fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) attraverso la misurazione del segnale BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) il cui effetto aumenta con l'intensità del campo magnetico statico, e le tecniche di perfusione e di diffusione in cui il miglioramento del rapporto segnale/rumore consente di cogliere con maggiore precisione le dinamiche funzionali delle reti neurali coinvolte nello svolgimento delle funzioni cerebrali.

Nei medesimi provvedimenti sono stati altresì evidenziati in dettaglio anche altre applicazioni di interesse della tecnologia in esame.

SI PRECISA

Pertanto che l'IRCCS procederà alla stipula di apposito Protocollo di ricerca con la ditta che dovesse risultare aggiudicataria della gara e promuoverà verso il Ministero della Salute la costituzione di progetti di rete tra gli Enti di ricerca che svolgono attività scientifiche tramite l'utilizzo di Risonanza magnetica 7 TESLA.

13/08/2020

F.to

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Galletta)

